

Aseptiikka perifeerisen laskimokanyylin laitossa

| | |
|--|---|
| Kanyylin ja pistopaikan valinta | <ul style="list-style-type: none"> • Valitse käyttötarkoitukseen soveltuva, mahdollisimman pieni turvakanyyli. • Harkitse pistopaikkaa. Suositeltava kohta on ei dominoivan yläraajan kämmenselkä tai kyynärvarsi. Vältä tulehtunutta tai rikkiäistä ihoa. Tai-vekohtien kanylointiin liittyy suurentunut infektoriski. |
| Valmistelu | <ul style="list-style-type: none"> • Desinfioi kädet ja kerää tarvittavat välineet kertakäyttöisellä pesevällä pintadesinfektioliinalla puhdistetulle toimenpidepöydälle |
| Kanyylin laittaminen | <ul style="list-style-type: none"> • Desinfioi kädet • Etsi suoni ja laita staasi potilaalle • Puhdista iho ihon desinfektioaineella (Alkoholi 12t 80 %) yhdensuuntaisin vedoin, sidosten alle jäävältä alueelta ja anna sen kuivua. Pistokohtaan ei enää kosketa. • Desinfioi kädet ja laita tehdaspuhtaat suojakäsineet • Kanyloi suoni ja löysää staasi. • Laita käytetty neula suoraan neulankeräysastiaan. • Kiinnitä kanyyli huolellisesti steriilillä ”ikkunallisella” suojakalvolla, jotta juuri on nähtävissä. Älä koske kalvon sisäpintaan. • Katetrin päähän asetetaan neulaton liitin, johon voidaan tarvittaessa liittää infuusioletku. • Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet • Samalla kanyylillä ei saa pistää toista kertaa, vaan jokainen kanylointiyritys tehdään aina uudella puhtaalla kanyylillä. |
| Kirjaaminen | <ul style="list-style-type: none"> • Kirjaa seurantalomakkeelle kanyylin koko, asettamisen ajankohta ja asetuspaikka. |